


柳州市中医医院院外单一来源采购公示表

项目名称	呼吸门控功能模块—CT功能模块采购项目	
项目需求	呼吸门控功能模块 1 套	
项目申请部门	放疗科	
项目预算金额	49 万元	
拟采购供应商全称	广西平果耀德医药有限公司	
单一来源原因及相关说明	<p>我院既往已招标购入一台大孔径多排螺旋 CT 模拟定位机，品牌型号为 Philips CT Big Bore。现需在该大孔径多排螺旋 CT 模拟定位机上增配一套呼吸门控功能模块。</p> <p>该呼吸门控功能模块需要适配大孔径多排螺旋 CT 模拟定位机，品牌型号为 Philips CT Big Bore。</p> <p>要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 可用于规划门控治疗的前瞻性轴向数据集。 2. 可可视化呼吸波形，并在期望的呼吸水平开始螺旋扫描。 3. 可获得胸部或所需区域的过采样超低音高螺旋扫描，并将其与患者的呼吸重建相关联。 4. 具备放置在患者胸部周围的气动装置。 5. 提供可视化一个或多个呼吸阶段的能力。 <p>由于该呼吸门控功能模块（品牌：Philips）为专机配套使用，其他第三方呼吸门控功能模块无法兼容。目前市面上无第三方可替代产品。</p>	
申请部门专家论证意见	<p>据我们调查，呼吸门控功能模块能实现：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 可用于规划门控治疗的前瞻性轴向数据集。 2. 可可视化呼吸波形，并在期望的呼吸水平开始螺旋扫描。 3. 可获得胸部或所需区域的过采样超低音高螺旋扫描，并将其与患者的呼吸重建相关联。 4. 具备放置在患者胸部周围的气动装置。 5. 提供可视化一个或多个呼吸阶段的能力。进一步提升科室技术能力。 <p>该呼吸门控功能模块需要适配大孔径多排螺旋 CT 模拟定位机，品牌型号为 Philips CT Big Bore。其他第三方呼吸门控功能模块无法兼容。目前市面上无第三方可替代产品。</p> <p>综上所述，建议购买原厂呼吸门控功能模块（品牌：Philips）。</p> <p>签字：  日期：2023.11.20</p>	
归口职能部门 专家论证意见	<p>经论证，大孔径多排螺旋 CT 模拟定位机，品牌型号为 Philips CT Big Bore 搭配的呼吸门控功能模块（品牌：Philips）为专机配套使用，其他第三方呼吸门控功能模块无法兼容。目前市面上无第三方可替代产品。符合“因货物或服务适用不可替代专利、专有技术规定，或者服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商采购”的情形。而广西平果耀德医药有限公司是大孔径多排螺旋 CT 模拟定位机，品牌型号为 Philips CT Big Bore 生产厂家唯一指定供应商。所以同意通过单一来源采购方式向广西平果耀德医药有限公司采购原厂呼吸门控功能模块（品牌：Philips）。</p> <p>签字：  日期：2023.11.20</p>	
归口职能部门 分管院领导意见	<p>签字： </p> <p></p> <p>日期：2023.11.21</p>	
公示时间	2023.12.11 ~ 2023.12.18	
采购办联系方式	0772-3357423	
<p>注：1. 单一来源采购项目填写本表。</p> <p>2. 以上陈述是否真实，欢迎社会各界监督，公示时间五个工作日。</p> <p>3. 公示期无异议的，采购办将受理该采购申请；如有异议，请在公示期内以书面形式递交采购办。</p>		

